

質 疑 書

1. 入札案件名 令和8年度大気環境測定機器保守点検業務委託

2. 質疑内容

	質疑	回答
①	別表 2 機器点検整備項目表 窒素酸化物測定装置(GLN-354D) No.47 「オゾン用ドライヤーユニット」について、2 年周期交換部品となっております。こちらの交換は必要でしょうか。ご確認の程、よろしくお願いいたします。	当該部品については仕様書から削除とする。