

報告項目	内 容
調査結果一覧表	結果個表から得られる各測定点での実測濃度及び毒性当量 (TEQ) の一覧表及び調査付帯項目の調査結果一覧
計量証明書	分析結果に係る計量証明書
調査付帯項目	別添 1 参照
結果個表	各媒体ごとのマニュアルに準じた形式で結果を表示したもの。(二重測定、操作ブランク及びトラベルブランク試験結果)
異性体組成図	異性体、同族体の分布を棒グラフで表したもの。
精度管理総括表	別添 2 様式にて記載する事。
備 考	上記以外で特記すべきことがあれば作成すること。

## 調査付帯項目

	項目	内容
大 気 調 査	気 温	直射日光や動力機関の熱などを避け、できるだけ風通しの良い場所で測定する。
	天 候	地上気象観測法に基づく目視観測で、該当する現象あるいは、雲量によって判断する。また、風向と風力階級を付記する。
	採取位置	地上から採取機器設置場所までのおおよその高さを記録する。
	周辺状況	測定地点付近の敷地形形状や地形、建築物・樹木等の有無と位置について略図と共に記録する。(写真で代替可)
	特記事項	測定地点近傍における燃焼行為及びその痕跡、排ガスの排出状況、不法投棄及び工事の有無等、測定に影響を与える事項その他について、観測できる範囲で確認できる事項を記録する。
写 真	測定地点の状況、測定地点周辺の状況及び試料採取状況を撮影する。	

## 精度管理総括表

整理番号	
調査年月日	
調査地点	
調査媒体	
測定方法フロー	別途記載
標準物質の内容	別途記載
クリーンアップスパイクの回収率	全て 50-120%の範囲内 <input type="checkbox"/> 一部 50-120%の範囲外 <input type="checkbox"/>
サンプリングスパイクの回収率	全て 70-130%の範囲内 <input type="checkbox"/> 一部 70-130%の範囲外 <input type="checkbox"/>
クロマトグラム	全て良好 <input type="checkbox"/> 一部不良 <input type="checkbox"/>
検量線	全て良好 <input type="checkbox"/> 一部不良 <input type="checkbox"/>
装置感度変動	全て±10%以下 <input type="checkbox"/> 上記以外 <input type="checkbox"/>
MS 分解能	全て 10000 以上 <input type="checkbox"/> 一部 10000 未満 <input type="checkbox"/>
ロックマスの変動	全て良好 <input type="checkbox"/> 一部不良 <input type="checkbox"/>
レシオ (対象ピークの面積比と推定同位体存在比の比)	全て±15%以下 <input type="checkbox"/> 一部±15%超 <input type="checkbox"/>
残試料の保管状況	原試料                    あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 粗抽出液                あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> GC/MS 測定液          あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/>
備考	