

# 仕 様 書

交野市消防本部

1. 件 名 自動体外式除細動器（AED）の購入
2. 購入数量 4台
3. 納入期限 令和8年9月30日（水）
4. 納入場所 交野市消防本部
5. 付属品及び消耗品 本体1台に付属する装置等は次のとおりとする。
  - ① キャリングバッグ又はケース 1個
  - ② バッテリー 1個
  - ③ 未就学児・小学生から大人兼用電極パッド 2組（本体1組、予備1組）
  - ④ 取扱説明書（日本語） 1部
  - ⑤ リモート監視装置 1個
6. 機器の仕様
  - (1) AED本体及び使用するパッドは医療器具（除細動器）として薬事法上の承認を得ていること。
  - (2) 日本版救急蘇生ガイドライン2020対応であること。
  - (3) 電源投入後、すぐに胸骨圧迫リズム（100回／分）が鳴動し、適時胸骨圧迫と人工呼吸を誘導する指示を行う機能がついていること。
  - (4) 電気ショックが必要であると判断した結果であっても、対象者の心電図波形が戻った場合には、安全機能として電気ショックを自動的にキャンセルする機能があること。
  - (5) 自己点検報知機能（セルフテスト）は、バッテリー残量、内部回路状態を毎日1回、自動的に点検する機能を有し、注意喚起を要する場合には事前にアラーム音と表示で知らせること。
  - (6) 音声誘導機能のために、この機能に必要な音声ファイル及びスピーカーの状態を自己判断できること。
  - (7) 小学生から大人／未就学児モードの切り替えは、対象者がパッドを装着した後

であっても、電源を入れたまま操作可能であること。

- (8) 救命率向上のため、使用した成人用電極パッドを対象者からはがさずに救急車搭載の AED (TEC-2603 カルジオライフ S) と互換性があること。
- (9) 音声ガイダンスは日本語であること。
- (10) 現地で保守対応及び引き上げ修理については、該当機器の修理業を取得している業者が対応すること。
- (11) 出力波形は二相性であること。
- (12) バッテリーの寿命は、通常保管の状態でおおむね3年以上であること。
- (13) 電極パッドがプリコネクト (パッドのコネクタが予め本体と接続されているもの) されていること。
- (14) 成人モードと小児モードの切り替え機能を有していること。

## 7. その他

- (1) 納品については、担当者と事前に調整すること。また、機器の初期設定、調整等を行い、要望があれば機器及び使用方法の説明を行うこと。
- (2) 既存の設置している AED の撤去、廃棄等に係る費用を全て含むものとする。
- (3) AED 本体について、納入後5年間を無償保証期間とし、通常の状態で使用した場合に故障・不具合等が発生した際には、無償で修理又は交換を行うこと。
- (4) バッテリーや除細動電極パッドの消耗品については、納品後、耐久年数に応じて交換等の案内を適宜行うこと。